



河北省计量科学研究所

测 试 证 书

证书编号: DG09-0028 号

客 户 名 称 武汉世纪华胜科技有限公司

器 具 名 称 二次压降/负荷测试仪

型 号 / 规 格 FS20PT

出 厂 编 号 083

制 造 单 位 武汉世纪华胜科技有限公司

(盖 章)

批准人 麻晓峰

核验员 李进

测试员 邱志军

测试日期 2009 年 09 月 07 日

计量检定机构授权证书号: (国)法计(2007)01012号 电话: 0311-88606665

地址: 石家庄市友谊南大街175号

邮编: 050051

传真: 0311-88606665

E_mail: jlyscb@sohu.com

- 1 测 试 依 据: JJG169—1993 《互感器校验仪检定规程》
- 2 使用的主要计量标准器: 互感器校验仪整体检定装置
- 3 测试环境条件: 温度 20 ℃ ; 湿度 50 %RH

测 试 结 果

比差 f

| 标准值 (%) | 显示值 (%) | | | |
|---------|---------|-------|-------|-------|
| | + | | - | |
| | AB 相 | CB 相 | AB 相 | CB 相 |
| 0.01 | 0.009 | 0.012 | 0.009 | 0.010 |
| 0.05 | 0.049 | 0.051 | 0.050 | 0.050 |
| 0.1 | 0.099 | 0.101 | 0.098 | 0.100 |
| 0.2 | 0.198 | 0.198 | 0.198 | 0.198 |
| 0.5 | 0.499 | 0.502 | 0.500 | 0.502 |
| 1 | 0.999 | 1.002 | 0.999 | 1.001 |
| 5 | 4.998 | 5.002 | 4.999 | 5.000 |

角差 δ

| 标准值 (分) | 显示值 (分) | | | |
|---------|---------|-------|-------|-------|
| | + | | - | |
| | AB 相 | CB 相 | AB 相 | CB 相 |
| 1 | 0.98 | 0.97 | 1.04 | 1.03 |
| 5 | 4.98 | 4.97 | 5.01 | 5.05 |
| 10 | 9.97 | 9.99 | 10.04 | 10.02 |
| 20 | 19.96 | 19.98 | 20.09 | 20.06 |
| 30 | 29.95 | 29.97 | 30.07 | 30.08 |
| 40 | 39.97 | 39.95 | 40.03 | 40.08 |
| 50 | 49.97 | 49.97 | 50.08 | 50.08 |

此证书建议有效期为一年。