



河北省计量科学研究所

Hebei Institute of Metrology

校准证书

Calibration Certificate

证书编号: HXYH16-JZ2054

Certificate No.

客户名称 武汉世纪华胜科技有限公司

Name of Applicant

客户地址 武汉东湖开发区光谷大道 111 号光谷芯中心

Address

器具名称 变压器油酸值测试仪

Name of Measuring Instruments

型号/规格 FS-2003

Type/size

出厂编号 201606S3090

Name of Applicant

制造单位 武汉世纪华胜科技有限公司

Manufacturer

校准技术依据 仪器说明书

Reference Documents for the Calibration

批准人
Authorized by

核验员
Inspector

校准员
Operator

校准日期
Issued Date

2016 年 06 月 24 日
Year Month Day

地址 (Add): 石家庄市友谊南大街 175

电话 (Tel): 0311-88606665 (检测业务部)

0311-88606666 (客户服务中心)

邮编 (Post Code): 050051

传真 (Fax): 0311-88606665

E-mail: hbjl_ywb@163.com



河北省计量科学研究所

Hebei Institute of Metrology

证书编号 HXYH16-JZ2054

校准机构授权说明:

本实验室是省级法定计量检定机构、省级科技成果鉴定检测机构。
法定计量检定机构授权证书号为(国)法计(2012)01012号。
本实验室质量管理体系符合ISO/IEC 17025标准的要求。
本证书出具的数据通过国家计量检定系统,可溯源至国家计量基准。

校准环境条件及地点:

温度	22℃	地点	河北省质量技术监督局检验检测中心 8 栋 416
相对湿度	30%	其他	/

校准使用的主要计量标准器:

名称	测量范围	不确定度/准确度等级/最大允许误差	检定/校准证书编号	有效期至
标准酸	2.00mgKOH/g	$U_{rel}=3\%$ $K=2$	BW13162	2019-10-31



河北省计量科学研究所

Hebei Institute of Metrology

证书编号 HXYH16-JZ2054

校 准 结 果

一、漂移： 符合要求

二、示值误差： -1.2%

测量结果的不确定度： $U=3.6\%$ $k=2$

三、示值重复性： 1.0%

----- 以下空白 -----

提示：1. 该计量器具修理后，应立即校准。

2. 在使用过程中，如对该计量器具的计量性能产生怀疑，应重新校准。

3. 根据客户要求或校准文件的规定，正常使用情况下 12 个月校准一次；如使用过于频繁或使用环境过于恶劣等，建议缩短校准间隔。

4. 未经本实验室书面批准，本证书不得部分复印。